

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HPY/MKK Φ 7. 230914

产品名称	麦康凯琼脂培养基	规格	Φ 7cm
产品批号	230914	生产日期	2023-09-14
抽样数量	25 个	抽样日期	2023-09-14
实际产量	510 个	报告日期	2023-09-16
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无凸起、凹痕或裂痕, 颜色为紫红色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为: 7.2±0.2 (25℃)。		符合
微生物限度	培养基在35℃~37℃培养18~48h, 以正常视力检查, 无细菌生长。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	大肠埃希菌	ATCC25922	生长, 粉红色菌落
	奇异变形杆菌	ATCC49005	生长, 无色菌落, 抑制蔓延
	鼠伤寒沙门菌	ATCC14028	生长, 无色菌落
	粪肠球菌	ATCC29212	抑制或部分抑制
	空白对照: 应无细菌生长。		
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格。		(签章)

报告人员: 邓强

日期: 2023.09.16

审批人: 李佩泉

日期: 2023.09.16

