

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：LTY2.9230915

产品名称	卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	规格	HP/LTY2.9 中和醇类 9ml
产品批号	230915	生产日期	2023-09-15
灭菌批号	23091501	灭菌日期	2023-09-15
抽样数量	10支	抽样日期	2023-09-15
实际产量	487支	报告日期	2023-09-18
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装量	液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。	符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。	符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊。	符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。	符合
无 菌		37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长	符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格	符合 质检专用章 (签章)
报告人员： 邵琪 日期： 2023.09.18 审批人： 李红 日期： 2023.09.18			