

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HPY/SX Φ 7.230927

产品名称	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	规格	Φ7cm
产品批号	230927	生产日期	2023-09-27
抽样数量	25 个	抽样日期	2023-09-27
实际产量	490 个	报告日期	2023-10-07
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无凸起、凹痕或裂痕, 颜色为巧克力色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为: 7.4±0.2 (25℃)。		符合
微生物限度	培养基在35℃~37℃培养18~48h, 以正常视力检查, 无细菌生长。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	流感嗜血杆菌	ATCC49247	生长良好, 形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落。
空白对照: 应无细菌生长。			
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格。		
报告人员: <i>郑沙</i>	日期: <i>2023.10.07</i>	审批人: <i>李咏</i>	日期: <i>2023.10.07</i>

