

四川好培养生物工程有限公司	版本号：B
成品检验报告	文件编号：HPY/CX-18-R06

报告书编号：HP/QKL1. Φ9231010

产品名称	巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	规格	HP/QKL1. Φ9
产品批号	231010	生产日期	2023-10-10
灭菌批号	23101001	灭菌日期	2023-10-10
批 量	180 个	抽样数量	15 个
抽样日期	2023-10-10	报告日期	2023-10-11
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外 观	琼脂培养基为巧克力色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装 量	琼脂培养基应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。	符合
培 养 效 果	接种流感嗜血杆菌	生长良好, 潮湿珍珠小菌落。	符合
	接种肺炎链球菌	生长良好, 菌落透明。	符合
无 菌	37℃ 孵育 24h 无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(盖章)
报告人员: 张明	日期: 2023.10.11	审批人: 李	日期: 2023.10.11

