

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/RTG13.5231011

产品名称	肉汤培养基	规格	HP/RTG13.5 乳糖蛋白胨肉汤 5ml
产品批号	231011	生产日期	2023-10-11
灭菌批号	23101101	灭菌日期	2023-10-11
抽样数量	10支	抽样日期	2023-10-11
实际产量	494支	报告日期	2023-10-13
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装量	液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受0.5Kg压力30分钟不破裂。	符合
	配合性	管装培养基塑料(玻璃)管与盖(塞)配合适宜, 不得松动和脱落。 瓶装培养基的盖塞配合适宜, 不得松动或脱落。 袋装培养基袋密封良好, 无漏气、漏液现象。	符合
化学性能		液体培养基的pH应为7.0~7.6(20℃~25℃)。	符合
培养效果	普通营养肉汤、葡萄糖肉汤、大豆酪蛋白吐温肉汤(SCDLP肉汤)、硫乙醇酸盐肉汤、MH肉汤接种金黄色葡萄球菌	生长良好, 培养基浑浊	/
	改良马丁肉汤、沙氏肉汤、溴甲酚紫葡萄糖肉汤接种白色念珠菌	生长良好, 培养基浑浊	/
	乳糖胆盐肉汤、三倍浓度乳糖胆盐肉汤、乳糖蛋白胨肉汤接种大肠埃希氏菌	生长良好, 培养基产气、变黄	符合
	亚硒酸盐胱氨酸肉汤(SC肉汤)、GN肉汤接种沙门氏菌	生长良好, 培养基浑浊	
无 菌	35℃-37℃孵育, 孵育24h无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		

报告人员: 陈作勇

日期: 2023/10/13

审批人: 李成

日期: 2023.10.13

