

| | |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告 | 版本号：B |
| | 修改次：2 |

报告书编号：HP/YQZ1. Φ9231020

| | | | |
|----------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 产品名称 | 营养琼脂培养基 | 规格 | 普通营养琼脂培养基 HP/YQZ1. Φ9 |
| 产品批号 | 231020 | 生产日期 | 2023-10-20 |
| 灭菌批号 | 23102001 | 灭菌日期 | 2023-10-20 |
| 抽样数量 | 15 个 | 抽样日期 | 2023-10-20 |
| 实际产量 | 2780 个 | 报告日期 | 2023-10-23 |
| 检验目的 | 出厂检验 | 检验依据 | 产品技术要求 |
| 检验项目 | 标准要求 | | 检测结果 |
| 外观 | 琼脂培养基为淡黄色色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。 | | 符合 |
| 装量 | 琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于 2mm 。 | | 符合 |
| 物理性能 | 强度 | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。 | 符合 |
| | 配合性 | 平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。 | 符合 |
| 培养效果 | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，S 型菌落，产生金黄色色素。 | 符合 |
| | 接种大肠埃希氏菌 | 生长良好，半透明 S 型菌落。 | 符合 |
| 无菌 | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长。 | | 符合 |
| 检验结论 | 根据产品技术要求检验，本批产品合格 | | (签章) |
| 报告人员：张利娟 | 日期：2023-10-23 | 审批人：李双歌 | 日期：2023-10-23 |

