

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HPY/SX Φ 7.231113

产品名称	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	规格	Φ 7cm
产品批号	231113	生产日期	2023-11-13
抽样数量	20 个	抽样日期	2023-11-13
实际产量	490 个	报告日期	2023-11-15
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为巧克力色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为：7.4±0.2（25℃）。		符合
微生物限度	培养基在35℃~37℃培养18~48h，以正常视力检查，无细菌生长。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	流感嗜血杆菌	ATCC49247	生长良好，形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落。
空白对照：应无细菌生长。			
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		
报告人员： 马佳	日期：2023.11.15	审批人： 李双	日期：2023.11.15

