

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/VT-3-A.3231129

|  |  |      |                   |
|--|--|------|-------------------|
| 产品名称   | 一次性使用病毒采样管                                       | 规格   | VT-3-A 型<br>3ml/支 |
| 产品批号   | 231129   | 生产日期 | 2023.11.29        |
| 抽样日期   | 2023.11.29                                       | 报告日期 | 2023.11.29        |
| 检验目的   | 出厂检验   | 检验依据 | 产品技术要求            |
| 检验项目   | 标准要求   |      | 检测结果              |
| 外观   | 采样管内保存液应无明显沉淀、杂质及异物。                             |      | 符合                |
| 装量   | 保存液装量应为标识容量的±10%。                                |      | 符合                |
| pH   | 20-25℃时 pH 值应为 7.4±0.3。                          |      | 符合                |
| 配合性  | 将一次性使用病毒采样管在光线充足的条件下目测，盖子完全旋合，将盖子旋紧倒立 5 分钟无漏液现象。 |      | 符合                |
| 检验结论   | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                               |      | (签章)              |
| 报告人员：邓强      日期：2023.11.29      审批人：李双水      日期：2023.11.29 |  |      |                   |