

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/JDS1.10240115

产品名称	碱性蛋白胨水培养基	规格	普通型 10ml
产品批号	240115	生产日期	2024-01-15
灭菌批号	24011501	灭菌日期	2024-01-15
抽样数量	20支	抽样日期	2024-01-15
实际产量	3031支	报告日期	2024-01-17
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基液体澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装量	培养基装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
化学性能	液体培养基的pH应为8.5±0.2（20-25℃）。		符合
培养结果	副溶血性弧菌	生长良好	符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制	符合
无菌	于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员：夏双化	日期：2024.01.17	审批人：李正	日期：2024.01.17

