

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/GL-04-14-R01-B
成品出厂检验报告	版本号：B
	修改次：1

报告书编号：CCCSY-0200244062943

产品名称	厌氧培养瓶	规格	色原检测法培养瓶中抗成人厌氧培养瓶 40ml
生产批号	44062943	生产日期	2024-01-30
实际产量	5462 瓶	出厂日期	2024-02-05
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	要求		结论
外观	不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。		符合
装量	培养基液体量应不少于标示装量值的±5%		符合
强度	培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂		符合
配合性	培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落		符合
培养基 PH	液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6 (25℃)		符合
适用性检查	需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。		/
	厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。		符合
无菌检查	培养瓶于 35℃-37℃ 培养，应无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批发货产品合格		



检验人： 聂佳 日期： 2024.02.05 审批人： 李双 日期： 2024.02.05