

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/YQZ1. Φ7240227

产品名称		营养琼脂培养基	规格	普通营养琼脂培养基 HP/YQZ1. Φ7
产品批号		240227	生产日期	2024-02-27
灭菌批号		24022701	灭菌日期	2024-02-27
抽样数量		15 个	抽样日期	2024-02-27
实际产量		210 个	报告日期	2024-02-29
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		琼脂培养基为淡黄色色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。		符合
装 量		琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于 2mm 。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，S 型菌落，产生金黄色色素。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，半透明 S 型菌落。		符合
无 菌		37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长。		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		符合 (签章)
报告人员: 夏佳 日期: 2024.02.29 审批人: 李红 日期: 2024.02.29				