

四川好培养生物工程有限公司	版本号：B
成品检验报告	文件编号：HPY/CX-18-R06

报告书编号：HP/NJY1. 3240422

产品名称		脑心浸液琼脂培养基	规格	HP/NJY1.3 3ml
产品批号		240422	生产日期	2024-04-22
灭菌批号		24042201	灭菌日期	2024-04-22
批 量		20 支	抽样数量	10 支
抽样日期		2024-04-22	报告日期	2024-04-23
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基呈淡黄色, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装 量		皿装培养基能铺满平皿底部, 厚度不小于2mm。 管装培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	培养基塑料（玻璃）管与盖（塞）配合适宜, 不得松动和脱落; 平皿盖与平皿配合, 易打开和闭合。		符合
培养效果	接种乙型溶血性链球菌	生长良好, 培养基浑浊。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好, 培养基浑浊。		符合
无 菌		35℃-37℃孵育, 孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格		质检专用章 (签章)
报告人员: 姜佳 日期: 2024.04.23 审批人: 李欣家 日期: 2024.04.23				