

四川好培养生物工程有限公司	版本号：B
成品检验报告	文件编号：HPY/CX-18-R06

报告书编号：HP/QKL1. Φ9240428

产品名称		巧克力琼脂培养基（不加抗生素）	规格	HP/QKL1. Φ9cm	
产品批号		240428	生产日期	2024-04-28	
灭菌批号		24042801	灭菌日期	2024-04-28	
抽样数量		15 个	抽样日期	2024-04-28	
实际产量		530 个	报告日期	2024-04-30	
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求	
检验项目		标准要求			检测结果
外观		琼脂培养基为巧克力色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。			符合
装量		琼脂培养基应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。			符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。			符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。			符合
培养效果	接种流感嗜血杆菌	生长良好, 潮湿珍珠小菌落。			符合
	接种肺炎链球菌	生长良好, 菌落透明。			符合
无 菌		37℃ 孵育 24h 无细菌生长。			符合
检验结论		根据产品技术要求检验, 本批产品合格			(签章)
报告人员: 夏佳		日期: 2024.04.30	审批人: 李永	日期: 2024.04.30	