

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HPY/SX Φ 9.240429

产品名称	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基		规格	Φ9cm	
产品批号	240429		生产日期	2024-04-29	
抽样数量	20 个		抽样日期	2024-04-29	
实际产量	510 个		报告日期	2024-05-06	
检验目的	成品检验		检验依据	产品技术要求	
检验项目	标准要求				检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为巧克力色。				符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。				符合
pH	培养基pH为：7.4±0.2（25℃）。				符合
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，无细菌生长。				符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果		符合 
	流感嗜血杆菌	ATCC49247	生长良好，形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落。		
	空白对照：应无细菌生长。				
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。				(签章)
报告人员: 王敏 日期: 2024.5.6 审批人: 李敏 日期: 2024.5.6					