

四川好培养物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/RTG1.10240515

产品名称	肉汤培养基	规格	HP/RTG1.10 普通营养肉汤 10ml
产品批号	240515	生产日期	2024-05-15
灭菌批号	24051501	灭菌日期	2024-05-15
抽样数量	10支	抽样日期	2024-05-15
实际产量	410支	报告日期	2024-05-17
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装量	液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受0.5Kg压力30分钟不破裂。	符合
	配合性	管装培养基塑料（玻璃）管与盖（塞）配合适宜，不得松动和脱落。 瓶装培养基的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。 袋装培养基袋密封良好，无漏气、漏液现象。	符合
化学性能		液体培养基的pH应为7.0~7.6(20℃~25℃)。	符合
培养效果	普通营养肉汤、葡萄糖肉汤、大豆酪蛋白吐温肉汤（SCDLP肉汤）、硫乙醇酸盐肉汤、MH肉汤接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊	符合
	改良马丁肉汤、沙氏肉汤、溴甲酚紫葡萄糖肉汤接种白色念珠菌	生长良好，培养基浑浊	/
	乳糖胆盐肉汤、三倍浓度乳糖胆盐肉汤、乳糖蛋白胨肉汤接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基产气、变黄	/
	亚硒酸盐胱氨酸肉汤（SC肉汤）、GN肉汤接种沙门氏菌	生长良好，培养基浑浊	/
无菌	35℃-37℃孵育，孵育24h无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		（签章）

报告人员：廖俊

日期：2024.05.17

审批人：李双水

日期：2024.05.17

