

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：CSY-0100245142945

|         |   |         |                        |
|---------|---|---------|------------------------|
| 产品名称    | 需氧培养瓶   | 规格      | 色原检测法培养瓶中抗成人需氧培养瓶 30ml |
| 产品批号    | 45142945  | 生产日期    | 2024-03-15             |
| 灭菌批号    | 24031502  | 灭菌日期    | 2024-03-15             |
| 抽样数量    | 20 瓶  | 抽样日期    | 2024-03-15             |
| 实际产量    | 2052 瓶  | 报告日期    | 2024-03-22             |
| 检验目的    | 成品检验  | 检验依据    | 产品技术要求                 |
| 检验项目    | 要求  |         | 结论                     |
| 外观      | 不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。 |         | 符合                     |
| 装量      | 培养基液体量应不少于标示装量值的±5%   |         | 符合                     |
| 强度      | 培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。                                    |         | 符合                     |
| 配合性     | 培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。   |         | 符合                     |
| 培养基 PH  | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6 (25℃)                                      |         | 符合                     |
| 适用性检查   | 需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。              |         | 符合                     |
|         | 厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。                      |         | /                      |
| 无菌检查    | 培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长                                      |         | 符合                     |
| 检验结论    | 根据产品技术要求检验，本批产品合格   |         | (签章)                   |
| 报告人员：夏佳 | 日期：2024.03.22   | 审批人：唐小华 | 日期：2024.03.22          |

