

| | |
|-------------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有 限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告 | 版本号：B |
| | 修改次：2 |

报告书编号：HP/LTY4.9240715

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 产品名称 | 卵磷脂吐温胰蛋 白胨大豆培养基 | 规格 | HP/LTY4.9 中和碘伏类 9ml |
| 产品批号 | 240715 | 生产日期 | 2024-07-15 |
| 灭菌批号 | 24071501 | 灭菌日期 | 2024-07-15 |
| 抽样数量 | 10 支 | 抽样日期 | 2024-07-15 |
| 实际产量 | 490 支 | 报告日期 | 2024-07-17 |
| 检验目的 | 出厂检验 | 检验依据 | 产品技术要求 |
| 检验项目 | 标准要求 | | 检测结果 |
| 外观 | 液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。 | | 符合 |
| 装量 | 液体培养基量应为标识容量的±5% | | 符合 |
| 物理性能 | 强度 | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。 | 符合 |
| | 配合性 | 培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。 | 符合 |
| 化学性能 | | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 | 符合 |
| 培养效果 | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，培养基浑浊。 | 符合 |
| | 接种大肠埃希氏菌 | 生长良好，培养基浑浊。 | 符合 |
| 无 菌 | | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长 | 符合 |
| 检验结论 | | 根据产品技术要求检验，本批产品合格 | (签章) |
| 报告人员：  日期： 2024.07.17 审批人：  日期： 2024.07.17 | | | |

