



四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HPY/GL Φ 9. 240726

产品名称	哥伦比亚血琼脂培养基	规格	Φ 9cm
产品批号	240726	生产日期	2024-07-26
抽样数量	25 个	抽样日期	2024-07-26
实际产量	350 个	报告日期	2024-07-27
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无凸起、凹横或裂痕, 颜色为鲜红色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。		符合
pH	培养基pH为: 7.3±0.2 (25℃)。		符合
微生物限度	培养基在35℃~37℃培养18~48h, 以正常视力检查, 无细菌生长。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	乙型溶血性链球菌	CMCC (B) 32210	生长良好, 菌落周围产生β溶血环
	金黄色葡萄球菌	ATCC29213	生长良好
	大肠埃希菌	ATCC25922	生长良好
	肺炎链球菌	ATCC6305	生长良好, 菌落周围产生α溶血环。
	空白对照: 应无细菌生长。		
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格。		

报告人员: 

日期: 2024-07-27

审批人: 

日期: 