

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：CSY-0100449323151

产品名称	需氧培养瓶	规格	色原检测法培养瓶 中抗小儿需氧培养瓶 20ml
产品批号	49323151	生产日期	2024-07-26
灭菌批号	24072601	灭菌日期	2024-07-26
抽样数量	18 瓶	抽样日期	2024-07-26
实际产量	2361 瓶	报告日期	2024-08-02
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	要求		结论
外观	不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。		符合
装量	培养基液体量应不少于标示装量值的±5%		符合
强度	培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
配合性	培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。		符合
培养基 PH	液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6 (25℃)		符合
适用性检查	需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。		符合
	厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。		/
无菌检查	培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员： <u>夏化</u> 日期： <u>2024.08.02</u> 审批人： <u>李双歌</u> 日期： <u>2024.08.02</u>			