

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/YXS2.10240726

产品名称	样本稀释液	规格	HP/YXS2.10 0.85%盐水 10ml
产品批号	240726	生产时间	2024-07-26
灭菌批号	24072602	灭菌日期	2024-07-26
抽样数量	10支	抽样日期	2024-07-26
实际产量	2420支	报告日期	2024-07-27
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	稀释液无色澄清透明,无污点、杂质、异物及浑浊现象,无臭、无味。		符合
装量	稀释液装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受0.5Kg压力30分钟不破裂。	符合
	配合性	稀释液管(瓶)的盖塞配合适宜不松动或脱落。	符合
化学性能	液体培养基的pH应为4.5~7.0(20℃~25℃)。		符合
无菌	37℃孵育,孵育24h无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验,本批产品合格		(签章)
报告人员: 夏佳	日期: 2024.07.27	审批人: 李咏	日期: 2024.07.27