

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/RTG12.5240826

产品名称	肉汤培养基	规格	HP/RTG12.5 三倍浓度乳糖胆盐肉汤 5ml
产品批号	240826	生产日期	2024-08-26
灭菌批号	24082601	灭菌日期	2024-08-26
抽样数量	10 支	抽样日期	2024-08-26
实际产量	490 支	报告日期	2024-08-28
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装量	液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	管装培养基塑料（玻璃）管与盖（塞）配合适宜，不得松动和脱落。 瓶装培养基的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。 袋装培养基袋密封良好，无漏气、漏液现象。	符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。	符合
培养效果	普通营养肉汤、葡萄糖肉汤、大豆酪蛋白吐温肉汤（SCDLP 肉汤）、硫乙醇酸盐肉汤、MH 肉汤接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊	/
	改良马丁肉汤、沙氏肉汤、溴甲酚紫葡萄糖肉汤接种白色念珠菌	生长良好，培养基浑浊	/
	乳糖胆盐肉汤、三倍浓度乳糖胆盐肉汤、乳糖蛋白胨肉汤接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基产气、变黄	符合
	亚硒酸盐胱氨酸肉汤（SC 肉汤）、GN 肉汤接种沙门氏菌	生长良好，培养基浑浊	/
无 菌	35℃-37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)

报告人员：李俊

日期：2024.08.28

审批人：李俊

日期：2024.08.28

