

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号: B
	修 改 次: 2

报告书编号: HP/YXS2.9240828

产品名称		样本稀释液	规 格	HP/YXS2. 9 0. 85%盐水 9ml
产品批号		240828	生产时间	2024-08-28
灭菌批号		24082801	灭菌日期	2024-08-28
抽样数量		10 支	抽样日期	2024-08-28
实际产量		1010 支	报告日期	2024-08-30
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		稀释液无色澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象，无臭、无味。		符合
装 量		稀释液装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	稀释液管（瓶）的盖塞配合适宜不松动或脱落。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 4. 5~7. 0(20℃~25℃)。		符合
无 菌		37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员: 夏代 日期: 2024.08.30 审批人: 李双歌 日期: 2024.08.30				