

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/LTY6. 9240828

|                                                 |           |                                |      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|----------------------|
| 产品名称                                            |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格   | HP/LTY6.9<br>洗脱液 9ml |
| 产品批号                                            |           | 240828                         | 生产日期 | 2024-08-28           |
| 灭菌批号                                            |           | 24082801                       | 灭菌日期 | 2024-08-28           |
| 抽样数量                                            |           | 10 支                           | 抽样日期 | 2024-08-28           |
| 实际产量                                            |           | 1016 支                         | 报告日期 | 2024-08-30           |
| 检验目的                                            |           | 出厂检验                           | 检验依据 | 产品技术要求               |
| 检验项目                                            |           | 标准要求                           |      | 检测结果                 |
| 外观                                              |           | 液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。        |      | 符合                   |
| 装量                                              |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |      | 符合                   |
| 物理性能                                            | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |      | 符合                   |
|                                                 | 配合性       | 培养管(瓶)的盖(塞)配合适宜不松动或脱落。         |      | 符合                   |
| 化学性能                                            |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 |      | 符合                   |
| 培养效果                                            | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合                   |
|                                                 | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 培养基浑浊。                   |      | 符合                   |
| 无 菌                                             |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长           |      | 符合                   |
| 检验结论                                            |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |      | (签章)                 |
| 报告人员: 夏俊 日期: 2024.08.30 审批人: 李凤斌 日期: 2024.08.30 |           |                                |      |                      |