

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: CYG-0200251433155

产品名称	厌氧培养瓶	规格	荧光检测法培养瓶 中抗成人厌氧培养瓶 40ml
产品批号	51433155	生产日期	2024-09-20
灭菌批号	24092001	灭菌日期	2024-09-20
抽样数量	14 瓶	抽样日期	2024-09-20
实际产量	2227 瓶	报告日期	2024-09-27
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	要求		结论
外观	不含添加剂的培养基液体, 应无浑浊、无悬浮物; 含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色, 色泽均匀。		符合
装量	培养基液体量应不少于标示装量值的±5%		符合
强度	培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
配合性	培养瓶的盖塞配合适宜, 不得松动或脱落。		符合
培养基 PH	液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6 (25℃)		符合
适用性检查	需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养, 5 天内能良好生长。		/
	厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养, 5 天内能良好生长。		符合
无菌检查	培养瓶于 35℃-37℃ 培养, 7 天内应无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(签章)
报告人员: 马化	日期: 2024.09.27	审批人: 李双	日期: 2024.09.27

