

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/YQZ1. Φ5. 5240925

产品名称	营养琼脂培养基	规格	普通营养琼脂培养基 HP/YQZ1. Φ5. 5
产品批号	240925	生产日期	2024-09-25
灭菌批号	24092501	灭菌日期	2024-09-25
抽样数量	15 个	抽样日期	2024-09-25
实际产量	60 个	报告日期	2024-09-27
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	琼脂培养基为淡黄色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装量	琼脂培养基量应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。	符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好, S 型菌落, 产生金黄色色素。	符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好, 半透明 S 型菌落。	符合
无菌	37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(签章)

报告人员: 夏仕

日期: 2024.09.27

审批人: 李双歌 日期: 2024.09.27