

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/YQZ3. Φ9240925

产品名称	营养琼脂培养基	规格	R2A 琼脂培养基 HP/YQZ3. Φ9
产品批号	240925	生产日期	2024-09-25
灭菌批号	24092501	灭菌日期	2024-09-25
抽样数量	15 个	抽样日期	2024-09-25
实际产量	390 个	报告日期	2024-09-27
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	琼脂培养基为淡黄色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。		符合
装量	琼脂培养基量应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm 。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。	符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好, S 型菌落, 产生金黄色色素。	符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好, 半透明 S 型菌落。	符合
无菌	37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		
报告人员: <u>马化</u> 日期: <u>2024.09.27</u> 审批人: <u>李双</u> 日期: <u>2024.09.27</u>			

