

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/YXS2.10241012

产品名称	样本稀释液	规格	HP/YXS2.10 0.85%盐水 10ml
产品批号	241012	生产时间	2024-10-12
灭菌批号	24101201	灭菌日期	2024-10-12
抽样数量	10支	抽样日期	2024-10-12
实际产量	190支	报告日期	2024-10-14
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	稀释液无色澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象，无臭、无味。		符合
装量	稀释液装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	稀释液管（瓶）的盖塞配合适宜不松动或脱落。	符合
化学性能	液体培养基的 pH 应为 4.5~7.0(20℃~25℃)。		符合
无菌	37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员：夏伟	日期：2024-10-14	审批人：李军	日期：2024-10-14

