

| | |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 版本号：B |
| 成品检验报告 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |

报告书编号：HP/QKL1. Φ9241021

| | | | |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| 产品名称 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 规格 | HP/QKL1. Φ9cm |
| 产品批号 | 241021 | 生产日期 | 2024-10-21 |
| 灭菌批号 | 24102101 | 灭菌日期 | 2024-10-21 |
| 抽样数量 | 15 个 | 抽样日期 | 2024-10-21 |
| 实际产量 | 460 个 | 报告日期 | 2024-10-22 |
| 检验目的 | 出厂检验 | 检验依据 | 产品技术要求 |
| 检验项目 | 标准要求 | | 检测结果 |
| 外观 | 琼脂培养基为巧克力色半固体, 表面平整, 无明显污点、杂质及异物。 | | 符合 |
| 装量 | 琼脂培养基应能铺满平皿底部, 厚度不小于 2mm。 | | 符合 |
| 物理性能 | 强度 | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。 | 符合 |
| | 配合性 | 平皿培养基盖与平皿配合, 易打开和闭合。 | 符合 |
| 培养效果 | 接种流感嗜血杆菌 | 生长良好, 潮湿珍珠小菌落。 | 符合 |
| | 接种肺炎链球菌 | 生长良好, 菌落透明。 | 符合 |
| 无菌 | 37℃ 孵育 24h 无细菌生长。 | | 符合 |
| 检验结论 | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格 | | (签章) |
| 报告人员: 曹俊 | 日期: 2024.10.22 | 审批人: 李双歌 | 日期: 2024.10.22 |