

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/YXS2.10241105

产品名称	样本稀释液	规格	HP/YXS2.10 0.85%盐水 10ml
产品批号	241105	生产时间	2024-11-05
灭菌批号	24110501	灭菌日期	2024-11-05
抽样数量	10支	抽样日期	2024-11-05
实际产量	2990支	报告日期	2024-11-07
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	稀释液无色澄清透明,无污点、杂质、异物及浑浊现象,无臭、无味。		符合
装量	稀释液装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	稀释液管(瓶)的盖塞配合适宜不松动或脱落。	符合
化学性能	液体培养基的 pH 应为 4.5~7.0(20℃~25℃)。		符合
无菌	37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(签章)
报告人员: 夏伟	日期: 2024.11.07	审批人: 李双歌	日期: 2024.11.07