

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 四川好培养物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告       | 版本号: B              |
|              | 修改次: 2              |

报告书编号: HPY/GL Φ 7.241115

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| 产品名称  | 哥伦比亚血琼脂培养基   | 规格  | Φ 7cm             |
| 产品批号  | 241115   | 生产日期  | 2024-11-15        |
| 抽样数量  | 25 个   | 抽样日期  | 2024-11-15        |
| 实际产量  | 1330 个   | 报告日期  | 2024-11-18        |
| 检验目的  | 成品检验   | 检验依据  | 产品技术要求            |
| 检验项目  | 标准要求   |   | 检测结果              |
| 外观  | 培养基质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无凸起、凹痕或裂痕, 颜色为鲜红色。 |   | 符合                |
| 琼脂厚度  | 培养基厚度为≥3mm。  |   | 符合                |
| pH  | 培养基pH为: 7.3±0.2 (25℃)。                               |   | 符合                |
| 微生物限度   | 培养基在35℃~37℃培养18~48h, 以正常视力检查, 无细菌生长。                 |   | 符合                |
| 生长试验  | 质控菌株   | 菌株号   | 观察结果              |
|   | 乙型溶血性链球菌   | CMCC (B) 32210  | 生长良好, 菌落周围产生β溶血环  |
|   | 金黄色葡萄球菌  | ATCC29213   | 生长良好              |
|   | 大肠埃希菌  | ATCC25922   | 生长良好              |
|   | 肺炎链球菌  | ATCC6305  | 生长良好, 菌落周围产生α溶血环。 |
|   | 空白对照: 应无细菌生长。  |   |                   |
| 检验结论  | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格。                                  |   |                   |
| 报告人员:  | 日期: 2024.11.18                                       | 审批人:  | 日期: 2024.11.18    |

