

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/RTG1.10241206

|      |                                                         |                                                                                 |      |                           |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| 产品名称 |                                                         | 肉汤培养基                                                                           | 规格   | HP/RTG1.10<br>普通营养肉汤 10ml |
| 产品批号 |                                                         | 241206                                                                          | 生产日期 | 2024-12-06                |
| 灭菌批号 |                                                         | 24120602                                                                        | 灭菌日期 | 2024-12-06                |
| 抽样数量 |                                                         | 10 支                                                                            | 抽样日期 | 2024-12-06                |
| 实际产量 |                                                         | 490 支                                                                           | 报告日期 | 2024-12-09                |
| 检验目的 |                                                         | 出厂检验                                                                            | 检验依据 | 产品技术要求                    |
| 检验项目 |                                                         | 标准要求                                                                            |      | 检测结果                      |
| 外观   |                                                         | 液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。                                                          |      | 符合                        |
| 装量   |                                                         | 液体培养基量应为标识容量的±5%                                                                |      | 符合                        |
| 物理性能 | 强度                                                      | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。                                                      |      | 符合                        |
|      | 配合性                                                     | 管装培养基塑料（玻璃）管与盖（塞）配合适宜，不得松动和脱落。<br>瓶装培养基的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。<br>袋装培养基袋密封良好，无漏气、漏液现象。 |      | 符合                        |
| 化学性能 |                                                         | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。                                                  |      | 符合                        |
| 培养效果 | 普通营养肉汤、葡萄糖肉汤、大豆酪蛋白吐温肉汤（SCDLP 肉汤）、硫乙醇酸盐肉汤、MH 肉汤接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，培养基浑浊                                                                      |      | 符合                        |
|      | 改良马丁肉汤、沙氏肉汤、溴甲酚紫葡萄糖肉汤接种白色念珠菌                            | 生长良好，培养基浑浊                                                                      |      | /                         |
|      | 乳糖胆盐肉汤、三倍浓度乳糖胆盐肉汤、乳糖蛋白胨肉汤接种大肠埃希氏菌                       | 生长良好，培养基产气、变黄                                                                   |      | /                         |
|      | 亚硒酸盐胱氨酸肉汤（SC 肉汤）、GN 肉汤接种沙门氏菌                            | 生长良好，培养基浑浊                                                                      |      |                           |
| 无 菌  |                                                         | 35℃-37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长                                                         |      | 符合                        |
| 检验结论 |                                                         | 根据产品技术要求检验，本批产品合格                                                               |      | (签章)                      |

报告人员：张俊

日期：2024.12.09

审批人：李永红

日期：2024.12.09