

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 版本号：B              |
| 成品检验报告        | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |

报告书编号：HP/QKL1. Φ9241224

|                                                 |          |                                 |  |      |               |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--|------|---------------|
| 产品名称                                            |          | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素）                 |  | 规格   | HP/QKL1. Φ9cm |
| 产品批号                                            |          | 241224                          |  | 生产日期 | 2024-12-24    |
| 灭菌批号                                            |          | 24122401                        |  | 灭菌日期 | 2024-12-24    |
| 抽样数量                                            |          | 15 个                            |  | 抽样日期 | 2024-12-24    |
| 实际产量                                            |          | 240                             |  | 报告日期 | 2024-12-26    |
| 检验目的                                            |          | 出厂检验                            |  | 检验依据 | 产品技术要求        |
| 检验项目                                            |          | 标准要求                            |  |      | 检测结果          |
| 外观                                              |          | 琼脂培养基为巧克力色半固体,表面平整,无明显污点、杂质及异物。 |  |      | 符合            |
| 装量                                              |          | 琼脂培养基应能铺满平皿底部,厚度不小于 2mm。        |  |      | 符合            |
| 物理性能                                            | 强度       | 室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |  |      | 符合            |
|                                                 | 配合性      | 平皿培养基盖与平皿配合,易打开和闭合。             |  |      | 符合            |
| 培养效果                                            | 接种流感嗜血杆菌 | 生长良好,潮湿珍珠小菌落。                   |  |      | 符合            |
|                                                 | 接种肺炎链球菌  | 生长良好,菌落透明。                      |  |      | 符合            |
| 无 菌                                             |          | 37℃ 孵育 24h 无细菌生长。               |  |      | 符合            |
| 检验结论                                            |          | 根据产品技术要求检验,本批产品合格               |  |      | (签章)          |
| 报告人员: 夏伟 日期: 2024.12.26 审批人: 李亚敏 日期: 2024.12.26 |          |                                 |  |      |               |