

| | |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告 | 版本号：B |
| | 修改次：2 |

报告书编号：CSY-0100253583361

| | | | |
|--------|---|------|------------------------|
| 产品名称 | 需氧培养瓶 | 规格 | 色原检测法培养瓶中抗成人需氧培养瓶 30ml |
| 产品批号 | 53583361 | 生产日期 | 2024-12-26 |
| 灭菌批号 | 24122601、24122602 | 灭菌日期 | 2024-12-26 |
| 抽样数量 | 18 瓶 | 抽样日期 | 2024-12-26 |
| 实际产量 | 5298 瓶 | 报告日期 | 2025-01-02 |
| 检验目的 | 成品检验 | 检验依据 | 产品技术要求 |
| 检验项目 | 要求 | | 结论 |
| 外观 | 不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。 | | 符合 |
| 装量 | 培养基液体量应不少于标示装量值的±5% | | 符合 |
| 强度 | 培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。 | | 符合 |
| 配合性 | 培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。 | | 符合 |
| 培养基 PH | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6 (25℃) | | 符合 |
| 适用性检查 | 需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。 | | 符合 |
| | 厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于 35℃-37℃ 培养，5 天内能良好生长。 | | / |
| 无菌检查 | 培养瓶于 35℃-37℃ 培养，7 天内应无细菌生长 | | 符合 |
| 检验结论 | 根据产品技术要求检验，本批产品合格 | | |



报告人员：葛佳 日期：2025.01.02 审批人：李成家 日期：2025.01.02