

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/SZ-4.1240709

产品名称	一次性使用采样器	规格	SZ-4 型 1 支/包														
产品批号	240709	生产日期	2024. 07. 09														
抽样日期	2024. 07. 10	报告日期	2024. 07. 13														
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求														
检验项目	标准要求		检测结果														
外观	采样头色泽均匀，手感光滑无毛刺，整体干净无明显的斑点污渍。		符合														
气 味	无刺激性气味。		符合														
连接牢固度	采样头与柄部应牢固，拉动采样头不脱落和松动。		符合														
微生物指标	<table><tr><td>项 目</td><td>指 标</td></tr><tr><td>细菌总数（cfu/g）</td><td>≤ 200</td></tr><tr><td>大肠杆菌</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>溶血性链球菌</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>真菌（cfu/g）</td><td>≤ 100</td></tr><tr><td>金黄色葡萄球菌</td><td>不得检出</td></tr><tr><td>绿脓杆菌</td><td>不得检出</td></tr></table>		项 目	指 标	细菌总数（cfu/g）	≤ 200	大肠杆菌	不得检出	溶血性链球菌	不得检出	真菌（cfu/g）	≤ 100	金黄色葡萄球菌	不得检出	绿脓杆菌	不得检出	符合
	项 目	指 标															
	细菌总数（cfu/g）	≤ 200															
	大肠杆菌	不得检出															
	溶血性链球菌	不得检出															
	真菌（cfu/g）	≤ 100															
	金黄色葡萄球菌	不得检出															
绿脓杆菌	不得检出																
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		（签章）														
报告人员：邵玲 日期：2024. 07. 13 审批人：李顺友 日期：2024. 07. 13																	