

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/LTY1.10250115

产品名称		卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	规格	HP/LTY1.10 中和含氯类 10ml
产品批号		250115	生产日期	2025-01-15
灭菌批号		25011501	灭菌日期	2025-01-15
抽样数量		10 支	抽样日期	2025-01-15
实际产量		290 支	报告日期	2025-01-17
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外观		液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装量		液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0～7.6(20℃～25℃)。		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。		符合
无 菌		37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员：夏佳 日期：2025.01.17 审批人：唐 日期：2025.01.17				