

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HPY/GL Φ 9.250117

|       |                                                 |              |                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 产品名称  | 哥伦比亚血琼脂培养基                                      | 规格           | Φ 9cm                                                           |
| 产品批号  | 250117                                          | 生产日期         | 2025-01-17                                                      |
| 抽样数量  | 25 个                                            | 抽样日期         | 2025-01-17                                                      |
| 实际产量  | 750 个                                           | 报告日期         | 2025-01-20                                                      |
| 检验目的  | 成品检验                                            | 检验依据         | 产品技术要求                                                          |
| 检验项目  | 标准要求                                            |              | 检测结果                                                            |
| 外观    | 培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹横或裂痕，颜色为鲜红色。 |              | 符合                                                              |
| 琼脂厚度  | 培养基厚度为 $\geq 3\text{mm}$ 。                      |              | 符合                                                              |
| pH    | 培养基pH为： $7.3 \pm 0.2$ （25℃）。                    |              | 符合                                                              |
| 微生物限度 | 培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。  |              | 符合                                                              |
| 生长试验  | 质控菌株                                            | 菌株号          | 观察结果                                                            |
|       | 乙型溶血性链球菌                                        | CMCC（B）32210 | 生长良好，菌落为针尖状圆形凸起，灰白色半透明或不透明，表面光滑，周围产生 $\beta$ 溶血环。               |
|       | 金黄色葡萄球菌                                         | ATCC29213    | 生长良好，菌落金黄色。                                                     |
|       | 大肠埃希菌                                           | ATCC25922    | 生长良好，菌落呈圆形、湿润、灰白色、不透明菌落。                                        |
|       | 肺炎链球菌                                           | ATCC6305     | 生长良好，菌落细小、圆形、表面光滑、灰白色、边缘整齐、半透明、初期扁平以后中心塌陷、呈脐窝状，产生 $\alpha$ 溶血环。 |
|       | 空白对照：应无细菌生长。                                    |              |                                                                 |
| 检验结论  | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                              |              | (签章)                                                            |
| 报告人员： | 日期：2025.01.20                                   | 审批人：         | 日期：2025.01.20                                                   |