

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/VT-6-A. 3241230

产品名称	一次性使用病毒采样管	规格	VT-6-A 型 3ml/支
产品批号	241230	生产日期	2024. 12. 30
抽样日期	2024. 12. 30	报告日期	2024. 12. 30
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外 观	采样管内保存液应无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装 量	保存液装量应为标识容量的±10%。		符合
pH	20-25℃时 pH 值应为 7.4±0.3。		符合
配合性	将一次性使用病毒采样管在光线充足的条件下目测，盖子完全旋合，将盖子旋紧倒立 5 分钟无漏液现象。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		(签章)
报告人员：邵强 日期：2024.12.30 审批人：李双歌 日期：2024.12.30			