

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/VT-2. 3250113

|      |                                                  |      |                 |
|------|--------------------------------------------------|------|-----------------|
| 产品名称 | 一次性使用病毒采样管                                       | 规格   | VT-2 型<br>3ml/支 |
| 产品批号 | 250113                                           | 生产日期 | 2025. 01. 13    |
| 抽样日期 | 2025. 01. 13                                     | 报告日期 | 2025. 01. 13    |
| 检验目的 | 出厂检验                                             | 检验依据 | 产品技术要求          |
| 检验项目 | 标准要求                                             |      | 检测结果            |
| 外观   | 采样管内保存液应无明显沉淀、杂质及异物。                             |      | 符合              |
| 装量   | 保存液装量应为标识容量的±10%。                                |      | 符合              |
| pH   | 20-25℃时 pH 值应为 7.4±0.3。                          |      | 符合              |
| 配合性  | 将一次性使用病毒采样管在光线充足的条件下目测，盖子完全旋合，将盖子旋紧倒立 5 分钟无漏液现象。 |      | 符合              |
| 检验结论 | 根据产品技术要求检验，本批产品合格。                               |      | (签章)            |

报告人员： 

日期： 2025.01.13

审批人： 

日期： 2025.01.13