

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HPY/SX Φ 9 .250219

产品名称	嗜血杆菌巧克力琼脂培养基	规格	Φ 9cm
产品批号	250219	生产日期	2025-02-19
抽样数量	20 个	抽样日期	2025-02-19
实际产量	440 个	报告日期	2025-02-21
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润, 无水珠、气泡; 厚度均匀; 表面平整光滑, 无凸起、凹痕或裂痕, 颜色为巧克力色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为 $\geq 3\text{mm}$ 。		符合
pH	培养基pH为: 7.4 ± 0.2 (25°C) 。		符合
微生物限度	培养基在 $35^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$ 培养 $18 \sim 48\text{h}$, 以正常视力检查, 可见污染菌生长的平板数应不大于5%。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	流感嗜血杆菌	ATCC49247	生长良好, 形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落。
	空白对照: 应无细菌生长。		
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格。		
报告人员: 郭作	日期: 2025.02.21	审批人: 姜	日期: 2025.02.21

