

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号：HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号：B              |
|               | 修改次：2              |

报告书编号：HP/YQZ1. Φ9250312

|                    |           |                                 |      |                          |
|--------------------|-----------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 产品名称               |           | 营养琼脂培养基                         | 规格   | 普通营养琼脂培养基<br>HP/YQZ1. Φ9 |
| 产品批号               |           | 250312                          | 生产日期 | 2025-03-12               |
| 灭菌批号               |           | 25031201                        | 灭菌日期 | 2025-03-12               |
| 抽样数量               |           | 15 个                            | 抽样日期 | 2025-03-12               |
| 实际产量               |           | 1000 个                          | 报告日期 | 2025-03-13               |
| 检验目的               |           | 出厂检验                            | 检验依据 | 产品技术要求                   |
| 检验项目               |           | 标准要求                            |      | 检测结果                     |
| 外 观                |           | 琼脂培养基为淡黄色色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。 |      | 符合                       |
| 装 量                |           | 琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于 2mm 。      |      | 符合                       |
| 物理性能               | 强度        | 室温下应能承受 0. 5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |      | 符合                       |
|                    | 配合性       | 平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。             |      | 符合                       |
| 培养效果               | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，S 型菌落，产生金黄色色素。             |      | 符合                       |
|                    | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好，半透明 S 型菌落。                 |      | 符合                       |
| 无 菌                |           | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长。            |      | 符合                       |
| 检验结论               |           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格               |      | 符合<br>(签章)               |
| 报告人员： 日期： 审批人： 日期： |           |                                 |      |                          |