

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HPY/GL Φ 7.250312

产品名称	哥伦比亚血琼脂培养基	规格	Φ 7cm
产品批号	250312	生产日期	2025-03-12
抽样数量	25 个	抽样日期	2025-03-12
实际产量	680 个	报告日期	2025-03-14
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为鲜红色。		符合
琼脂厚度	培养基厚度为 \geq 3mm。		符合
pH	培养基pH为：7.3 \pm 0.2（25 $^{\circ}$ C）。		符合
微生物限度	培养基在35 $^{\circ}$ C \sim 37 $^{\circ}$ C培养18 \sim 48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。		符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果
	乙型溶血性链球菌	CMCC (B) 32210	生长良好，菌落为针尖状圆形凸起，灰白色半透明或不透明，表面光滑，周围产生 β 溶血环。
	金黄色葡萄球菌	ATCC29213	生长良好，菌落金黄色。
	大肠埃希菌	ATCC25922	生长良好，菌落呈圆形、湿润、灰白色、不透明菌落。
	肺炎链球菌	ATCC6305	生长良好，菌落细小、圆形、表面光滑、灰白色、边缘整齐、半透明、初期扁平以后中心塌陷，呈脐窝状，产生 α 溶血环。
空白对照：应无细菌生长。			
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		(签章)
报告人员： 聂佳	日期： 2025.03.14	审批人： 李红	日期： 2025.03.14