

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/JDS1.10250312

产品名称	碱性蛋白胨水培养基	规格	普通型 10ml
产品批号	250312	生产日期	2025-03-12
灭菌批号	25031201	灭菌日期	2025-03-12
抽样数量	10 支	抽样日期	2025-03-12
实际产量	4072 支	报告日期	2025-03-14
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基液体澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装量	培养基装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
化学性能	液体培养基的 pH 应为 8.5±0.2 (20-25℃)。		符合
培养结果	副溶血性弧菌	生长良好	符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制	符合
无菌	于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员： 夏佳	日期： 2025.03.14	审批人： 李阳	日期： 2025.03.14

