

四川好培养生物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HPY/MKK φ 7. 250311

产品名称	麦康凯琼脂培养基		规格	Φ7cm	
产品批号	250311		生产日期	2025-03-11	
抽样数量	25 个		抽样日期	2025-03-11	
实际产量	230 个		报告日期	2025-03-13	
检验目的	成品检验		检验依据	产品技术要求	
检验项目	标准要求				检测结果
外 观	培养基质地均匀、湿润，无水珠、气泡；厚度均匀；表面平整光滑，无凸起、凹痕或裂痕，颜色为紫红色。				符合
琼脂厚度	培养基厚度为≥3mm。				符合
pH	培养基pH为：7.2±0.2（25℃）。				符合
微生物限度	培养基在35℃～37℃培养18～48h，以正常视力检查，可见污染菌生长的平板数应不大于5%。				符合
生长试验	质控菌株	菌株号	观察结果		
	流感嗜血杆菌	ATCC49247	生长良好，形态为微小、湿润、光滑、透明或半透明、无色至灰白色菌落		
	大肠埃希菌	ATCC25922	生长，粉红色菌落		
	奇异变形杆菌	ATCC49005	生长，无色菌落，抑制蔓延		
	鼠伤寒沙门氏菌	ATCC13311	生长，无色菌落		
	空白对照：应无细菌生长。				
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。				
报告人员：最佳 日期：2025.03.13 审批人：李政 日期：2025.03.13					