四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/NXJ1.3250327

产品名称		脑心浸液琼脂培养基	规　　格	HP/NXJ1.3 3ml
产品批号		250327	生产日期	2025-03-27
灭菌批号		25032701	灭菌日期	2025-03-27
抽样数量		10 支	抽样日期	2025-03-27
实际产量		28 支	报告日期	2025-03-31
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外　　观		培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物。		符合
装　　量		皿装培养基能铺满平皿底部，厚度不小于2mm。 管装（瓶装）培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	培养基塑料（玻璃）管（瓶）与盖（塞）配合适宜，不得松动和脱落；平皿盖与平皿配合，易打开和闭合。		符合
培养效果	接种乙型溶血性链球菌	生长良好，培养基浑浊。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。		符合
无　　菌		35℃-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		（签章）

报告人员：[illegible]　日期：2025.03.31　审批人：[illegible]　日期：2025.03.31