四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HP/LTY1.9250331

产品名称	卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	规　　格	HP/LTY1.9 中和含氯类 9ml
产品批号	250331	生产日期	2025-03-31
灭菌批号	25033102	灭菌日期	2025-03-31
抽样数量	10 支	抽样日期	2025-03-31
实际产量	186 支	报告日期	2025-04-02
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求

检验项目		标准要求	检测结果
外　　观		液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。	符合
装　　量		液体培养基量应为标识容量的±5%	符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。	符合
	配合性	培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。	符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0～7.6(20℃～25℃)。	符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊。	符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。	符合
无　　菌		37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长	符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格	（签章）

报告人员：聂佳　　日期：2025.04.02　　审批人：李政家　　日期：2025.04.02