

四川好培养物工程有限公司	文件编号: HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号: B
	修改次: 2

报告书编号: HP/LX. Φ9X260305

产品名称	L 型细菌增菌培养基	规格	琼脂型 9cm
产品批号	X260305	生产日期	2026-03-05
检验日期	2026-03-06	报告日期	2026-03-09
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	培养基呈淡黄色, 无明显污点、杂质及异物		符合
装量	琼脂培养基量能铺满平皿底部, 厚度应 $\geq 3\text{mm}$		符合
PH	培养基 pH 为 7.5 ± 0.2 (20-25°C)		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长	符合
无 菌	35-37°C 孵育, 孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论	根据产品技术要求检验, 本批产品合格		(盖章)
报告人员: 苏任刚	日期: 2026.03.09	审批人: 李国	质检专用章 日期: 2026.03.09