

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：1

报告书编号：HP/YQZ1. Φ9X260323

产品名称	营养琼脂培养基	规格	普通营养琼脂培养基 Φ9cm
产品批号	X260323	生产日期	2026-03-23
检验日期	2026-03-24	报告日期	2026-03-26
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检测结果
外观	琼脂培养基为淡黄色色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。		符合
装量	琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于2mm。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受0.5Kg压力30分钟不破裂。	符合
	配合性	平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。	符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，S型菌落，产生金黄色色素。	符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，半透明S型菌落。	符合
无菌	37℃孵育，孵育24h无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格		
报告人员：苏臣昕 日期：2026.03.26 审批人：J. S. M. S. 日期：2026.03.26			

